

D3 13/01

	<b>Tassinari Bilance s.r.l.</b>	<b>Modello : MR/VP rev. 00 data 30/10/06</b>
---	---------------------------------	--

### ATTESTAZIONE DI PRIMO COLLAUDO IN OPERA E PRIMA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI METRICI

Data di avvenuta verifica periodica:

La Tassinari Bilance s.r.l. , idonea all'esecuzione della prima verifica periodica di strumenti metrici , in rispetto al D. L. 517/92 e 40/97 di attuazione , rispettivamente delle Direttive Comunitarie 90/384/CEE e 93/68/CEE e del Decreto Ministeriale 182/2000, per le seguenti categorie: Strumenti per pesare , a funzionamento non automatico, riconosciuto dalla CCIAA di Modena, con il Certificato di Approvazione CE del Sistema di Garanzia della Qualità della Produzione N° I-MO-05-002

### ATTESTA

Che in data odierna si è proceduto alla verifica periodica dello/degli strumento/i sottoscritto/i

Tipo	Matricola	Marca	Modello	Portata kg	Div.ne kg	AmMESSO alla verifica metrica con
Bilico pesa a ponte 14x3 MT	1302044	TASSINARI BILANCE s.r.l.	TE2020A1	80000	20	I 12-002

Strumento di 1° verifica periodica

In uso e soggetto agli obblighi di verifica periodica all'impresa:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Indirizzo</b>

Verifica Periodica effettuata presso la seguente località (ubicazione dello strumento):

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Indirizzo</b>

Lo strumento è stato controllato adottando le metodologie contenute in norme nazionali e comunitarie e istruzioni di taratura adottate dal Sistema della Qualità Tassinari Bilance s.r.l.

Per le operazioni di verifica periodica si sono utilizzati campioni di lavoro dotati di riferibilità ai seguenti campioni

Tipo	Marca	Modello	Matricola	Certificato emesso da	Scadenza
Pesiera	Pasquali	Cilindri	59	Cibe117-2206/08	2013
Massa	F.I.S.P.	Parallelepipedo	1	F.I.SP.-133/2010	2015
Massa	F.I.S.P.	Parallelepipedo	3	F.I.SP.-133/2010	2015
Massa	Pasquali	Cil. Ottone cromato	5053	TRESCAL-CT-MA-0476-2010	2015
Massa	Pasquali	Cil. Ottone cromato	5054	TRESCAL-CT-MA-0476-2010	2015
Massa	Pasquali	Cil. Ottone cromato	5055	TRESCAL-CT-MA-0476-2010	2015

Lo strumento è risultato conforme alle prescrizioni di legge; Si è proceduto alla chiusura dello strumento tramite gli appositi sigilli di chiusura e applicato la targhetta di verifica periodica, la quale riporta come data di scadenza la

seguinte:

Data: 13 febbraio 2013

TASSINARI BILANCE S.R.L.  
Firma responsabile metrologico, 2

20/

105